



ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

8 Ιουλίου 2025

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 3561

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Δ1δ/Γ.Π.οικ. 29010

Τροποποίηση - συμπλήρωση της υπό στοιχεία ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ. 154949/3.12.2010 υπουργικής απόφασης «Όροι, προϋποθέσεις, όργανα και διαδικασία χορήγησης αδειών σκοπιμότητας και αδειών λειτουργίας για εγκατάσταση και λειτουργία μηχανημάτων ιοντιζουσών και μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών» (Β' 1918), όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπό στοιχεία ΔΥΓ2/Γ.Π.οικ.40456/24-4-2012 (Β' 1336), Γ.Π./οικ.92211/4.10.2013 (Β' 2494), Δ1 (δ)/Γ.Π.οικ.22104/14.3.2018 (Β' 950), Δ1(δ)/Γ.Π.οικ.86851/12.11.2018 (Β' 5132), Δ1(δ)/Γ.Π.οικ.5684/26.01.2021 (Β' 287), Δ1(δ)/Γ.Π.οικ.4218/27.01.2022 (Β' 306), Δ1(δ)/Γ.Π.οικ.24113/03.05.2022 (Β' 2195), Δ1δ/Γ.Π.οικ.5816/30.01.2023 (Β' 707), Δ1δ/Γ.Π.οικ.19951/03.04.2023 (Β' 2308), Γ.Π.οικ./14154/05.03.2024 (Β' 1585) και Δ1δ/Γ.Π.οικ.52215/04.10.2024 (Β' 5588) όμοιες αποφάσεις.

**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 23 του ν. 3868/2010 «Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α' 129).
2. Το ν.δ. 181/1974 «Περί προστασίας εξ ιοντιζουσών ακτινοβολιών» (Α' 347).
3. Τον ν. 4310/2014 «Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» (Α' 258).
4. Το π.δ. 470/1983 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας στους Νομάρχες» (Β' 179).
5. Την υπό στοιχεία Υ14/9-7-2023 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη» (Β' 4435).
6. Το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 131) και το π.δ. 2/2024 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 2).
7. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α' 148).

8. Την υπό στοιχεία ΔΥΓ2/Γ.Π.οικ.154949/3.12.2010 υπουργική απόφαση «Όροι και προϋποθέσεις, όργανα και διαδικασία χορήγησης αδειών σκοπιμότητας και αδειών λειτουργίας για εγκατάσταση και λειτουργία μηχανημάτων ιοντιζουσών και μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών» (Β' 1918), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

9. Το π.δ. 101/2018 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2013/59/Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 5ης Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό βασικών προτύπων ασφάλειας για την προστασία από τους κινδύνους που προκύπτουν από τις ιοντίζουσες ακτινοβολίες και την κατάργηση των Οδηγιών 89/618/Ευρατόμ, 90/641/Ευρατόμ, 96/29/Ευρατόμ, 97/43/Ευρατόμ και 2003/122/Ευρατόμ (ΕΕ L13/17.1.2014) - Θέσπιση Κανονισμών Ακτινοπροστασίας» (Α' 194).

10. Τα Πρακτικά των υπ' αρ. 332/10.07.2024 και 337/09.04.2025 Συνεδριάσεων της Ειδικής Επιτροπής Ιοντιζουσών και μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών.

11. Την από 11.07.2024 εισήγηση της Ειδικής Επιτροπής Ιοντιζουσών και μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Υγείας.

12. Την ανάγκη προστασίας της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος γενικότερα από ιοντίζουσες και μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες.

13. Την υπό στοιχεία Β1α/οικ.28780/30.6.2025 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας ότι, από το περιεχόμενο της παρούσης απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού των εποπτευόμενων φορέων.

14. Το γεγονός ότι οι διατάξεις της παρούσας δεν αφορούν σε διοικητική διαδικασία για την οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης στο ΕΜΔΔ-ΜΙΤΟΣ, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Η προδιαγραφή Γ του Παραρτήματος Ι της υπό στοιχεία ΔΥΓ2/Γ.Π.οικ. 154949/3.12.2010 υπουργικής απόφασης (Β' 1918) όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«Γ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (PET CT)

- Παραγωγής έτους εντός της τελευταίας 2ετίας

Εφοδιασμένος με ψηφιακή ανιχνευτική διάταξη τεχνολογίας Silicon Photomultipliers (SiPM) και απεικον-

νιστικά πλεονεκτήματα σχετιζόμενα με το TOF (Time Of Flight) που επιτυγχάνονται είτε μέσω τεχνολογίας software (κρύσταλλος) είτε μέσω τεχνολογίας software (σύγχρονοι αλγόριθμοι ανακατασκευής Βαθιάς Μάθησης ή Μηχανικής Μάθησης ή Τεχνητής Νοημοσύνης) για την απόρριψη ψευδών κρούσεων, την επίτευξη βέλτιστης απεικόνισης, τη μείωση χρόνου εξέτασης και μείωση δόσης στον ασθενή.

- Εφοδιασμένος με αξονικό τομογράφο τουλάχιστον 64 τομών με συστήματα μείωσης στον εξεταζόμενο (ενδεικτικά αναφέρονται συστήματα αυτόματης διαμόρφωσης δόσης ανάλογα με τις διαστάσεις και τη σύσταση του σώματος του ασθενούς καθώς και επαναληπτικοί αλγόριθμοι ανακατασκευής τομογραφικών εικόνων).

- Να υπάρχει επάρκεια ανταλλακτικών του συστήματος για τουλάχιστον 10 έτη.

Πληθυσμιακή μονάδα για το σύστημα PET CT νέας τεχνολογίας θα είναι ο πληθυσμός των Περιφερειών της Ελλάδας βάσει της απογραφής της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Ο αριθμός των αδειών σκοπιμότητας που θα χορηγούνται κατά τα ανωτέρω δεν θα υπερβαίνει το ποσοστό του 50% επιπλέον του συνόλου των αδειών σκοπιμότητας που προβλέπεται να χορηγηθούν στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας και Αττικής. Όταν κατά τον υπο-

λογισμό του αριθμού των επιπλέον αδειών προκύπτει δεκαδικός αριθμός αυτός στρογγυλοποιείται προς τον πλησιέστερο προς τα πάνω ακέραιο αριθμό.

Για τις υπόλοιπες Περιφέρειες της Επικράτειας ο αριθμός των αδειών σκοπιμότητας που θα χορηγούνται για το σύστημα PET CT νέας τεχνολογίας θα είναι 1 μηχανήμα ανά 650.000 κατοίκους».

Άρθρο 2

Αιτήσεις για χορήγηση άδειας σκοπιμότητας για σύστημα PET-CT νέας τεχνολογίας που έχουν κατατεθεί πριν τη δημοσίευση της παρούσας δεν εξετάζονται

Άρθρο 3

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Ιουνίου 2025

Ο Υπουργός

**ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ**

Η Αναπληρώτρια Υπουργός

**ΕΙΡΗΝΗ
ΑΓΑΠΗΔΑΚΗ**